

У Т В Е Р Ж Д А Ю



Российской Государственной
Медицинской Академии

Б.Н.Давыдов.

сентября 1994 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о клиническом испытании набора несъемного ортодонтического

1. Назначение изделия: Устранение деформаций зубочелюстной системы человека
2. Наименование применяемых материалов:
В набор несъемный ортодонтический входят следующие элементы
 - дуга ортодонтическая круглая
 - кнопка
 - пружина
 - сформированная лигатурная проволока
 - кольца бандажные
 - проволока ортодонтическая четырехгранная
 - лингвальный ретейнер
 - проволока ортодонтическая типа "Flex"
 - замок-трубка
 - брекет

Элементы ортодонтического набора изготовлены из стали 12Х18Н10Т
гост 5632-72

3. Изделие представлено на испытание ТОО фирмы "Пумпа", Москва.
4. Испытания проведены на основании письма ТОО фирмы "Пумпа".
5. Краткое изложение результатов испытания.

На кафедре стоматологии детского возраста наборы несъемные ортодонтические, производимые ТОО фирмой "Пумпа" применяются для устранения зубочелюстных деформаций у детей, подростков и взрослых с 1992 года. за прошедший период закончило лечение с хорошим морфо-функциональным результатом 54 пациента. Наборы несъемные ортодонтические компактны, удобны в работе, не вызывают у пациентов нарушений со стороны жевания и речи.

6. В ы в о д н ы е:

Набор несъемный ортодонтический ТОО фирмы "Пумпа" состоящий из


- дуги ортодонтической
- кнопки
- пружины
- сформированной лигатурной проволоки
- кольца бондажного
- проволоки ортодонтической четырехгранной
- лигатурного ретейнера
- проволоки ортодонтической типа "Flax"
- замка-трубки
- бркетов

рекомендуется к серийному производству и применению в стоматологической практике

Доцент

кафедры стоматологии

детского возраста ТГМА

 В.Г.Лавриков.