

ОКП 94

УДК
Группа Р
Госрегистрация ВНИИСОТ №

СОГЛАСОВАНО:

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор НПО "Экран"
Директор ВНИИИМТ

Директор фирмы "ПУМПА"

Б. И. Леонов

Б. Ивлев

" " 1994г.

1994г.



НАБОР НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ

Технические условия

ТУ 9438-001-17117433-94

(введены впервые)

Срок действия с

до

4634 1078

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
021	Леонов 01.02.94			

Д 5138-1

Первичн. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Настоящие технические условия распространяются на аппарат несъемный ортодонтический предназначенный для исправления дефектов прикуса у людей широкой возрастной группы.

Набор несъемный ортодонтический предназначен для применения в стоматологических поликлиниках и больницах.

По условиям эксплуатации набор несъемный ортодонтический соответствует климатическому исполнению по У6 ГОСТ 50444.

По возможным последствиям отказа в процессе использования набор несъемный ортодонтический относится к классу В ГОСТ Р 50444.

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях, приведен в приложении I.

Пример обозначения набора несъемного ортодонтического при заказе и в документации другого изделия:

- Набор несъемный ортодонтический полный

" Набор несъемный ортодонтический ТУ 9438-001-17117433-94 "

- Набор несъемный ортодонтический неполный на одну челюсть:

"Набор несъемный ортодонтический неполный ТУ 9438-001-17117433-0

-Отдельные элементы к набору несъемному ортодонтическому:

"Дуга ортодонтическая круглая  9438-001-17117433-2.001

ТУ 9438-001-17117433-94

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коновалова	<i>Влад</i>	15.01.94
Пров.		Ивлев	<i>Ивлев</i>	01.94
Н. контр.		Зорин	<i>Зорин</i>	01.94
Утв.		Борзов	<i>Борзов</i>	01.94

Набор несъемный ортодонтический
Технические условия

Лит.	Лист	Лист
01	2	26
Ф-ма "Пумпа"		


Д 5147-2

021
Взам. инв. № 01.02.94

ЭЛЕМЕНТЫ
НАБОРА НЕСЪЕМНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО




КНОПКА




ЛИНГВАЛЬНЫЙ РЕТЕЙНЕР






БРЕКЕТ




СФОРМИРОВАННАЯ ЛИГАТУРНАЯ
ПРОВОЛОКА



ЛТНЛ 0.009.510



ЗАМОК - ТРУБКА




КОЛЬЦО БАНДАЖНОЕ



АТНД 0.009.510




ПРОВОЛОКА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
ЧЕТРЕХГРАННАЯ




ДУГА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
КРУГЛАЯ





ПРУЖИНА



ПРОВОЛОКА ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
ТИПА "FLEX"

